



ICO50medT6

Cod. 23.A001.99

Modulo T6 per ICO50med

Descrizione

Controllo della concentrazione di ossigeno all'interno della camera mediante l'ingresso di azoto, campo di impostazione da 1÷20% di O₂ con impostazione in passi di 0,1% (richiede modulo K7).

Dati Tecnici