



ICO150medT6

Cod. 23.A002.46

Modulo T6 PER ICO150med

Descrizione

Modulo T6: controllo della concentrazione di ossigeno all'interno della camera mediante l'ingresso di azoto, campo di impostazione da 1÷20% di O₂ con impostazione in passi di 0,1% (richiede modulo K7).

Dati Tecnici