


# VISCOSIMETRI

Cod. 01.4820.33

VISCOSIMETRO DI UBBELOHDE XLIQUIDI SERIE 4



## Descrizione

Viscosimetri di Ubbelohde in vetro, per determinazione viscosità cinematica in centistokes di liquidi trasparenti secondo norme ASTM D445, D-446, IP71, ISO3104-3105, DIN 52562 completi di certificazione di taratura.

## Dati Tecnici

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Costante approx. cSt/s | 10           |
| Serie                  | 4            |
| Scala                  | 2000 - 10000 |

## Varianti

| Codice     | Prodotto                  | Costante approx. cSt/s | Serie | Scala   |
|------------|---------------------------|------------------------|-------|---------|
| 01.4760.33 | VISCOSIMETRI<br>UBBELOHDE | DI 0,001               | 0     | 0,3 - 1 |
| 01.4765.33 | VISCOSIMETRI              | 0,003                  | 0C    | 0,6 - 3 |

|            |              |       |    |              |
|------------|--------------|-------|----|--------------|
| 01.4770.33 | VISCOSIMETRI | 0,005 | 0B | 1 - 5        |
| 01.4775.33 | VISCOSIMETRI | 0,01  | 1  | 2 - 10       |
| 01.4780.33 | VISCOSIMETRI | 0,03  | 1C | 6 - 30       |
| 01.4785.33 | VISCOSIMETRI | 0,05  | 1B | 10 - 50      |
| 01.4790.33 | VISCOSIMETRI | 0,01  | 2  | 20 - 100     |
| 01.4795.33 | VISCOSIMETRI | 0,3   | 2C | 60 - 300     |
| 01.4800.33 | VISCOSIMETRI | 0,5   | 2B | 100 - 500    |
| 01.4805.33 | VISCOSIMETRI | 1     | 3  | 200 - 1000   |
| 01.4810.33 | VISCOSIMETRI | 3     | 3C | 600 - 3000   |
| 01.4815.33 | VISCOSIMETRI | 5     | 3B | 1000 - 5000  |
| 01.4820.33 | VISCOSIMETRI | 10    | 4  | 2000 - 10000 |
| 01.4825.33 | VISCOSIMETRI | 30    | 4C | 6000 - 10000 |