pH 8 PRO STIRRER

Cod. 22.A001.36

pH 8 PRO STIRRER pHmetro completo di elettrodo XS Standard T-BNC DHS con agitatore e accessori

Descrizione

Caratteristiche:

- Calibrazione pH automatica su 5 valori
- Richiamo e stampa dei dati di calibrazione.
- Calibrazione ISE da 2 a 5 punti.
- Calibrazione ORP automatica e manuale (1 punto) .
- Avviso scadenza di calibrazione e/o blocco misura.
- Funzioni di impostazione allarmi e visualizzazione in formato analogico
- Avviso scadenza di calibrazione e/o blocco misura.
- Funzioni di impostazione allarmi e visualizzazione in formato analogico, "Fermo-lettura", indicazione della stabilità, messaggi di auto-diagnosi.
- Data logger fino a 1000 dati in GLP con possibilità di invio a stampante o PC.
- Menù di Setup multilingua (Ita – Eng – Deu – Fra – Esp – Por).
- Uscita USB per collegamento tastiera esterna e PC.
- Porta RS232 per collegamento stampante.

Con pH 8 PRO STIRRER sono forniti di serie: Cavo S7/BNC, sonda di temperatura NT 55, stativo portaelettrodi, soluzioni tampone colorate, cavo USB ed alimentatore multi socket.

Dati Tecnici

pH	-2÷16
Risoluzione pH	0,1/0,01/0,0001
Elettrodo pH	XS standard T-BNC DHS
Agitatore magnetico	Sì
mV campo di misura (ORP)	±2000
ISE	0,001÷19999 ppm
Temperatura (° C)	-10÷120
Compensazione temperatura (° C)	Manuale o automatica 0÷100
Display	TFT a colori 4,3"
Connessioni	2xUSB(PC-Tastiera)-RS232 (Stampante)
Calibrazione	Sì con data e ora
Dimensioni (LxPxH mm)	165 x 195 x 68
Indicazione dello stato elettrodo	Sì con icona e grafico
Peso (mg/cm2)	1,05
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	-/-/- (12 Vdc con adattatore)/1000mA

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617

Varianti

Codice	Prodotto	Elettrodo pH
22.A001.38	pH 8 PRO STIRRER	No
22.A001.37	pH 8 PRO STIRRER	XS Polymer
22.A001.36	pH 8 PRO STIRRER	XS standard T-BNC DHS

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617