105

Cod. 22.6490.14

Rifrattometro ottico portatile modello 105



Descrizione

serie 100
Linea completa di rifrattometri portatili per i normali controlli di produzioni nei vari settori industriali ed alimentari.
Tutti i modelli sono forniti pronti per l' uso in custodia imbottita.

modello 105
RIFRATTOMETRO CLINICO A 3 SCALE
Misura la concentrazione delle proteine, il peso specifico delle urine e l' indice di rifrazione (nD). Bastano alcune gocce di siero di sangue o plasma, urina od albumina.

Caratteristiche

SCALA RISOLUZIONE ACCURATEZZA siero/albumina 0÷12 g/dL
0,2 g/dL ±0,2 g/dL
Peso specifico 1000÷1050 0,005 ±0,005 Indice di rifraz (nD) 1,3330÷1,3600 0,0005 0,0005

Dati Tecnici

Campo di misura	0,0÷12,0 g/dl / 1,000÷1,050 peso spec. / 1,333÷1,3600 nD
Risoluzione	0,2 g/dl / 0,002 peso spec. / 0,0005 nD
Accuratezza	±0,2 g/dl / ±0,002 peso spec. / ±0,0005 nD
Volume vasca	tripla scala, per uso clinico

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617

Utilizzo	misura di concentrazione delle proteine, del peso specifico delle urine e l'indice di rifrazione.

Varianti

Codice	Prodotto	Campo di misura	Risoluzione	Accuratezza	Volume vasca	Utilizzo
22.6470.14	101	0,0÷32% Brix	0,2% Brix	±0,2% Brix	singola scala, per settore alimentare	misura del contenuto di zucchero in succhi di frutta, sciroppi, mosti, latte, bibite. Idoneo anche per lubrificanti ed oli emulsionati
22.6480.14	101 ATC	0,0÷32% Brix	0,2% Brix	±0,2% Brix	singola scala, compensazione automatica della temperatura, per settore alimentare	misura del contenuto di zucchero in succhi di frutta, sciroppi, mosti, latte, bibite. Idoneo anche per lubrificanti ed oli emulsionati
22.6500.14	102	28,0÷62,0% Brix	0,2% Brix	±0,2% Brix	singola scala, per settore alimentare	misura del contenuto di zucchero in succhi di frutta concentrati, marmellata, ketchup e miscela d' uovo
22.6510.14	103	0÷80% Brix	1% Brix	±0,5% Brix	doppia scala, commutazione manuale, doppio prisma, per settore alimentare	misura del contenuto di zucchero in succhi, mamellate ecc
22.6520.14	104	58,0÷92,0% Brix / 12,0÷27,0% acqua	1% Brix / 1% acqua	±0,5% Brix / ±1% acqua	doppia scala	misure nel miele di zucchero e contenuto d'acqua
22.6490.14	105	0,0÷12,0 g/dl / 1,000÷1,050 peso spec./1,333÷1,3600 nD	0,2 g/dl / 0,002 peso spec. / 0,0005 nD	±0,2 g/dl / ±0,002 peso spec. / ±0,0005 nD	tripla scala, per uso clinico	misura di concentrazione delle proteine, del peso specifico delle urine e l'indice di rifrazione.
22.6530.14	106	0÷28% NaCl	0,2% NaCl	±0,2% NaCl	singola scala, tarabile per sali diversi	misura del contenuto di sale in acqua
22.6540.14	106 ATC	0,0÷100,0‰ NaCl / 1,000÷1,070 peso spec.	1,0‰ NaCl / 0,001 peso spec.	±1,0‰ NaCl / ±0,001 peso spec.	doppia scala, compensazione automatica della temperatura	misura del contenuto di sale in acqua
22.6550.14	107	0,0÷35,0% Brix / 0,0÷28,0 Babo	0,2% Brix 0,2 Babo	±0,2% Brix / ±0,2 Babo	doppia scala	misure di zucchero nei mosti

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617