FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 4

Cod. 05.8247.99

Filtri per siringa WHATMAN PURADISC PVDF Ø 4 mm porosità 0,45 µm conf. 500

Descrizione

Caratteristiche principali filtri per siringa Whatman Puradisc: <ul> Associano qualità superiore ed economicità. Prodotti in polipropilene privo di pigmenti (policarbonato per Puradisc FP e Aqua30). Hanno connettori di entrata (Luer Lock femmina) e uscita (Luer maschio) standard (salvo diversa specifica). Disponibili versioni in blister di grado medicale sterili per applicazioni critiche, nonché con un apposito tubetto di uscita per dispensare con accuratezza il campione in microvial, eliminando blocchi d'aria. Possono filtrare campioni fino a 2 ml, hanno un piccolo volume morto (<10 µl) e sono disponibili con tubetto di uscita (opzionale).

Dati Tecnici

Diametro (mm)	4
Porosità (µm)	0,45
Materiale	PVDF
Tubetto di uscita	No
Sterile	No
Confezione (pezzi)	500

Varianti

Codice	Prodotto	Porosità (µm)	Materiale	Tubetto di uscita	Sterile	Confezione (pezzi)
05.7704.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 4	0,2	PVDF	Sì	No	50

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617

05.7704.04	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 4	0,45	PVDF	Sì	No	50
05.7904.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 4	0,2	PVDF	No	No	100
05.8246.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 4	0,2	PVDF	No	No	500
05.7904.04	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 4	0,45	PVDF	No	No	100
05.8247.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 4	0,45	PVDF	No	No	500
05.9104.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 4	0,2	PVDF	No	Sì	50
05.8304.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 4	0,2	PTFE	No	No	500
05.8404.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 4	0,2	PTFE	No	No	100
05.8304.04	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 4	0,45	PTFE	No	No	500
05.8404.04	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 4	0,45	PTFE	No	No	100

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617