2100Q

Cod. 22.8567.99



Torbidimetro portatile normativa EPA 180.01 HAHC modello 2100QA

Descrizione

Torbidimetro 2100Q normativa EPA 180.01 e 2100Q IS normativa ISO 7027 portatile con luce bianca, funzionamento a batteria, con modalità di misura Ratio, con illuminazione principale e lettura nefelometrica a 90°.
Intervallo di miusra: 0 - 1000 NTU, FNU.
Modalità di misura (selezionabili dall'utente):

- normale (Push to Read).
- media.
- torbidità su campioni che sedimentano velocemente (Rapidly Settling Turbidity).

Memoria campioni di 500 misure, scaricabili via USB (opzionale)

Il torbidimetro arriva completo di:

- valigetta.
- manuale e CD.
- olio di silicone.
- panno per pulizia cuvette.
- 6 cuvette da 1 pollice.
- 10 ml 20, 100 e 800 NTU StablCal standard di calibrazione.
- AA batterie alkaline (cf/4).
- StablCal 10 NTU standard per la verifica.

Dati Tecnici

Scala di misura	0÷1000 NTU (FNU)
Precisione	±1% di lettura o 0,01 NTU qualunque sia il maggiore

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617

Risoluzione	±0,01 NTU
Accuratezza	±2%
Fonte di luce	0,02 NTU - Lampada in filamenti di tungsteno
Dimensioni (LxPxH mm)	107x77x229
Peso (kg)	527
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	4 batterie alcaline da 1,5 V AA o adattatore
Normativa	Metodo EPA 180.01

Varianti

Codice	Prodotto	Precisione	Fonte di luce	Normativa
22.8567.99	2100Q	±1% di lettura o 0,01 NTU qualunque sia il maggiore	0,02 NTU - Lampada in filamenti di tungsteno	Metodo EPA 180.01
22.8568.99	2100Q IS	±1% di lettura o 0,001 NTU qualunque sia il maggiore	0,02 NTU - IS:LED A 860 nm	Metodo ISO 7027

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617