



# PIPETTA SCOLAMENTO TOTALE

Cod. 01.1860.07

Pipette graduate vetro incolore scolamento totale ml 2 divisione 1/100  
certificate DE-M

## Descrizione

Pipette graduate con scolamento totale classe AS con certificazione di conformità DE-M.

Caratteristiche :

- codice colore per evitare confusione
- in vetro soda-calcico
- punto zero all'estremità superiore della scala
- graduazione dell'anello del punto principale
- tolleranza secondo DIN EN ISO 835
- DE-M contrassegnato secondo la legge tedesca sulla calibrazione
- calibrato per erogare (EX), tempo di attesa 5 sec
- certificato di lotto compreso

## Dati Tecnici

|                |       |
|----------------|-------|
| Capacità (ml)  | 2     |
| Divisione (ml) | 1/100 |

## Varianti

| Codice     | Prodotto                  | Capacità (ml) | Divisione (ml) |
|------------|---------------------------|---------------|----------------|
| 01.1860.05 | PIPETTA SCOLAMENTO TOTALE | 1             | 1/100          |

|            |                           |    |       |
|------------|---------------------------|----|-------|
| 01.1860.07 | PIPETTA SCOLAMENTO TOTALE | 2  | 1/100 |
| 01.1865.11 | PIPETTA SCOLAMENTO TOTALE | 5  | 1/10  |
| 01.1865.17 | PIPETTA SCOLAMENTO TOTALE | 10 | 1/10  |
| 01.1865.27 | PIPETTA SCOLAMENTO TOTALE | 20 | 1/10  |
| 01.1865.32 | PIPETTA SCOLAMENTO TOTALE | 25 | 1/10  |
| 01.1865.45 | PIPETTA SCOLAMENTO TOTALE | 50 | 1/5   |