INDICATORE BIOLOGICO

Cod. 14.7196.99

Indicatore biologico di sterilizzazione in confezione da 30 fiale

Descrizione

Indicatore biologico autocontenuto.

Caratteristiche:

- Per processi di sterilizzazione a vapore.
- Monitoraggio dei processi di sterilizzazione a vapore sottovuoto e a gravità a 121-135 °C.

Norme applicabili
Progettato secondo le norme del sistema di gestione della qualità ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.

Dati Tecnici

Confezione (pezzi)	30

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617